MICROINFUSORE T:SLIM X2

Attività Sonno

Gli utilizzatori possono programmare il proprio microinfusore t:slim X2 per attivare la funzione Attività Sonno.
È possibile utilizzare fino a due Programmi Sonno.

Dalla schermata Home, toccare **OPZIONI** quindi **Attività**

⚑ **Nota:** Queste istruzioni vengono fornite come strumento di riferimento per gli utilizzatori e gli operatori sanitari che hanno già familiarità con l'uso di un microinfusore e con la terapia insulinica in generale. Non vengono mostrate tutte le schermate. Consultare la guida per l'utente del microinfusore t:slim X2 per informazioni più dettagliate sul funzionamento

Toccare **Sonno**

⚑ **Nota:** Le attività non possono essere attivate in contemporanea. Se programmati, i Programmi Sonno si avviano una volta disattivata l'Attività Esercizio

Toccare **Programmi Sonno** e quindi toccare un Programma Sonno

⚑ **Nota:** Se l'utente non programma i Programmi Sonno, l'Attività Sonno deve essere attivata e disattivata manualmente

Suggerimento: Per avviare l'Attività Sonno la Tecnologia Control-IQ e la sessione di monitoraggio continuo del glucosio (CGM)* devono essere attive sul microinfusore

Toccare **Giorni Selezionati** quindi toccare ogni giorno della settimana in cui l'utilizzatore vuole programmare la funzione. Toccare ✓ per continuare

Toccare **Ora inizio** quindi toccare **Ora.** Usare il tastierino per inserire l'orario desiderato. Toccare ✓ per continuare quindi toccare ✓ di nuovo

Ripetere la stessa procedura per configurare l'**Orario di fine**

⚑ **Nota:** Questi orari devono rispecchiare l'orario in cui generalmente l'utilizzatore va a dormire e si sveglia

Toccare ✓ per salvare le impostazioni
Apparirà la schermata IMPOSTAZIONE SALVATA

Oltre a creare i Programmi Sonno, l'Attività Sonno può essere anche attivata e disattivata manualmente dal microinfusore t:slim X2.

Per sapere come l'Attività Sonno regola l'erogazione di insulina basale quando attivata, leggi la sezione "Come funziona".

Dalla schermata Home, toccare **OPZIONI** quindi **Attività**. Toccare **Sonno**

Toccare **AVVIA** per attivare manualmente l'Attività Sonno

⚑ **Nota:** Per disattivare l'Attività Sonno, toccare ✕ nella funzione Attività Sonno dalla schermata Attività

L'attività Sonno è ora avviata



Impostazioni di configurazione

- ✓ Per assicurare che entrambi i Programmi Sonno inseriti possano essere salvati e attivati, non è possibile sovrapporre gli orari dei due programmi. È possibile modificare le impostazioni di uno o entrambi i Programmi Sonno per impedirne la sovraposizione.
- ✓ Se si avvia manualmente l'Attività Sonno prima dell'inizio di un Programma Sonno, questa non influisce sull'orario di sveglia programmato.
- ✓ I boli di correzione automatici non verranno erogati mentre l'Attività Sonno è attivata.

Sulla schermata Programma Sonno, l'elemento predefinito per i Giorni Selezionati è sempre il giorno corrente della settimana.



Utilizzo responsabile della Tecnologia Control-IQ
La Tecnologia Control-IQ non previene tutti gli episodi di glicemia alta e bassa e non è un sostituto dei boli per i pasti e per l'auto-gestione attiva del proprio diabete. La Tecnologia Control-IQ non sarà in grado di prevedere i valori glicemici del sensore e regolare il dosaggio dell'insulina se il CGM non funziona in modo corretto o non è in grado di comunicare con la pompa.
Prestare sempre attenzione ai propri sintomi e ai valori glicemici ed effettuare un trattamento adeguato. Per maggiori informazioni, consultare la pagina tandemdiabetes.com/ tslimX2-use.

Come funziona

Il microinfusore t:slim X2 con Tecnologia Control-IQ regola automaticamente l'erogazione di insulina basale ogni 5 minuti in base ai valori glicemici previsti a 30 minuti attraverso l'utilizzo dei dati del monitoraggio in continuo del glucosio (CGM)* .

Quando l'Attività Sonno è attivata, l'algoritmo restringe l'intervallo target dei valori a un intervallo compreso tra 112,5 e 120 mg/dL. Durante l'attivazione della funzione non vengono erogati boli automatici.

*CGM venduto a parte.

Informazioni importanti sulla sicurezza Il microinfusore t:slim X2 con tecnologia Control-IQ (il Sistema) è composto dal microinfusore t:slim X2, contenente la tecnologia Control-IQ, e un monitoraggio per il glucosio continuo compatibile (CGM, venduto separatamente). Il microinfusore t:slim X2 è indicato per la somministrazione sottocutanea dell'insulina, a velocità fisse e variabili, per la gestione del diabete mellito in soggetti che necessitano insulina. Il microinfusore t:slim X2 può essere usato solamente per la somministrazione continua di insulina e come parte del sistema. Quando usato con un CGM compatibile, il Sistema può essere utilizzato per aumentare, diminuire e sospendere automaticamente la somministrazione di insulina basale in base alle letture del sensore CGM e dei valori glicemici predetti. Il Sistema può anche somministrare boli di correzione quando è previsto un superamento di una soglia predefinita del valore glicemico. Il microinfusore e il Sistema sono indicati per l'utilizzo su soggetti a partire dai sei anni di età. Il microinfusore e il Sistema sono previsti per l'utilizzo su un singolo paziente. Il microinfusore e il Sistema sono indicati per l'utilizzo solo con l'insulina U-100.

ATTENZIONE: la tecnologia Control-IQ non dovrebbe essere usata da alcun soggetto di età inferiore ai sei anni.
Non dovrebbe essere usata in utenti che richiedono meno di 10 unità di insulina al giorno o che pesano meno di 25 chili.

Il Sistema non è indicato per l'utilizzo in donne in stato di gravidanza, persone in dialisi o pazienti critici. Non utilizzare il sistema se si utilizza l'idrossiurea. Gli utenti del microinfusore e del Sistema devono: essere disposti ed in grado di usare il microinfusore, il CGM e altri componenti del sistema secondo le relative istruzioni per l'uso; verificare i livelli di glucosio nel sangue come raccomandato dal professionista sanitario; dimostrare adeguate competenze per il conteggio dei carboidrati; mantenere sufficienti conoscenze sulla cura autonoma del diabete; consultare regolarmente uno o più professionisti sanitari; e avere vista e/o udito adeguati per riconoscere tutte le funzioni del microinfusore, compresi gli avvisi, allarmi, promemoria. La pompa t:slim X2, il trasmettitore CGM e il sensore devono essere rimossi prima di eseguire RM, TC o trattamento della diatermia. Per ulteriori importanti informazioni di sicurezza visitare tandemdiabetes.com/safetyinfo.

© 2023 Tandem Diabetes Care, Inc. Tutti i diritti riservati. Tandem Diabetes Care, Tandem logo, Control-IQ e t:slim X2 sono marchi commerciali registrati o marchi commerciali di Tandem Diabetes Care, Inc. negli Stati Uniti e/o negli altri Paesi. ML-1011571_A